



襄阳市中心医院ECT/Symbia Intevo 6布局图

布局说明

#1 由于机房限制, 该布局控制室医生观察视线不佳, 建议增加病人监视系统。

请客户阅读以下说明, 并签字确认此布局方案:

- 本机房的承重和布局符合要求, 该布局为最终方案。
- 已知悉本布局方案的各项提示。

最终用户:
 姓名 签字盖章 日期

(西门子公司将根据此方案提供正式机房布局规划一次。如用户要求变更此方案西门子公司将保留另外收费的权利)

制图: Zhou Wei Dong	审核: Chen Zhi Feng	结构高: 320cm	图号: XXXXX-P1
日期: 2022-03-14	日期: 2022-03-14	吊顶高: 280cm	设备机房方案布局草图-A4



Symbia Intevo 6
 襄阳市中心医院